

認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定番号	JCSS0208
初回認定日	2008 年 2 月 19 日
最新交付日	2015 年 4 月 24 日
認定された事業所の名称 及び所在地	内田計器工業株式会社 システム部 〒 433-8113 静岡県浜松市中区小豆餅 1 丁目 21-22 法人番号 5080401000644
問い合わせ窓口	システム部 校正室 Tel: 053-430-6611 FAX: 053-430-6613
認定規格	ISO/IEC 17025:2005（校正）
区分	別紙のとおり

登録に係る区分：質量

法律に基づく初回認定年月日又は初回登録年月日：平成 20 年 2 月 19 日

国際 MRA 対応初回認定年月日：平成 20 年 2 月 19 日

校正手法の区分の呼称[登録更新年月日]：はかり[平成 27 年 5 月 27 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正及び現地校正

校正手法 の区分の 呼称	種類	校正範囲	最高測定能力 (信頼の水準約 95 %)	
			恒久的施設	現地校正
はかり	電子式非自動はかり	1 g 以上 10 g 以下	1.4 mg	1.4 mg
		10 g 超 100 g 以下	1.5 mg	1.6 mg
		100 g 超 200 g 以下	1.9 mg	2.0 mg
		200 g 超 300 g 以下	2.4 mg	2.5 mg
		300 g 超 400 g 以下	2.9 mg	3.1 mg
		400 g 超 500 g 以下	3.5 mg	3.7 mg
		500 g 超 600 g 以下	4.1 mg	4.3 mg
		600 g 超 700 g 以下	9.0 mg	9.3 mg
		700 g 超 800 g 以下	9.6 mg	10 mg
		800 g 超 900 g 以下	11 mg	11 mg
		900 g 超 1200 g 以下	13 mg	13 mg
		1200 g 超 2000 g 以下	19 mg	20 mg
		2000 g 超 3000 g 以下	24 mg	25 mg
		3000 g 超 4000 g 以下	29 mg	30 mg
		4000 g 超 5000 g 以下	35 mg	37 mg
		5000 g 超 6200 g 以下	57 mg	60 mg
		6200 g 超 7000 g 以下	98 mg	0.11 g
		7000 g 超 8000 g 以下	0.11 g	0.11 g
		8000 g 超 9000 g 以下	0.12 g	0.12 g
		9000 g 超 10000 g 以下	0.14 g	0.14 g
		10 kg 超 20 kg 以下	0.24 g	0.25 g
		20 kg 超 30 kg 以下	0.44 g	0.46 g
		30 kg 超 40 kg 以下	1.9 g	1.9 g
		40 kg 超 50 kg 以下	2.3 g	2.3 g
		50 kg 超 60 kg 以下	2.6 g	2.7 g
		60 kg 超 70 kg 以下	2.9 g	3.1 g
		70 kg 超 80 kg 以下	3.2 g	3.4 g
		80 kg 超 90 kg 以下	3.5 g	3.8 g
		90 kg 超 100 kg 以下	3.9 g	4.2 g
		100 kg 超 150 kg 以下	7.6 g	7.9 g
		150 kg 超 200 kg 以下	14 g	14 g
		200 kg 超 300 kg 以下	19 g	20 g
		300 kg 超 400 kg 以下	27 g	30 g
400 kg 超 500 kg 以下	33 g	38 g		
500 kg 超 600 kg 以下	---	44 g		
600 kg 超 1000 kg 以下	---	0.20 kg		
1000 kg 超 1500 kg 以下	---	0.29 kg		
1500 kg 超 2000 kg 以下	---	0.37 kg		